НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»
(Государственное предприятие «БГЦА»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Регистрационный номер: BY/112 3.0262 от 09.03.2011 г.

подтверждает, что

отдел метрологии и защиты газопроводов от коррозии
ул. Барыкина, 279, 246020, г. Гомель
Республиканского производственного унитарного предприятия
"Гомельоблгаз"
ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель

соответствует требованиям
Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и
аккредитован(а) на соответствие
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 (ISO/IEC 17025:2005)
в области аккредитации, прилагаемой к настоящему
аттестату аккредитации и являющейся его неотъемлемой частью.

Срок действия
аттестата аккредитации: с 09 марта 2016 г. до 09 марта 2021 г.

г. Минск *13 июля 2018 г.*

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь -
директор государственного
предприятия "БГЦА" Т.А. Николаева

МП

Действие аттестата может быть приостановлено или отменено. Сведения о действительном (актуальном) статусе аттестата аккредитации и действительной (актуальной) области аккредитации содержатся в реестре Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (www.bsca.by).

Приложение №1 к аттестату аккредитации
№ BY/112 3.0262
от 09 марта 2011 года
На бланке 0004491
На 2 листах
Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 марта 2016 года

отдела метрологии и защиты газопроводов от коррозии
Республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз»

№ пунктов	Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка	Средства измерений, поверка которых разрешается			
		Код вида измерений	Наименование /тип/ средств измерений	Метрологические характеристики	
				Пределы измерений	Класс, разряд, цена деления, погрешность
1	2	3	4	5	6
1.	2	04	Тягонапоромеры, напоромеры показывающие Измеритель давления ФД-09	От -6 до 25 кПа от 0 до 20 кПа	Кл. т.: 1,5; 2,5 γ= ± 1%
2.	2	04	Манометры показывающие с сигнализирующим устройством	Верхний предел измерений: 100; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа	Кл. т.: 1,5; 2,5
3.	2	04	Манометры показывающие	Верхний предел измерений: 100; 160; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа	Кл. т.: 1; 1,5; 2,5
4.	2	04	Измерительные преобразователи давления с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока	Верхний предел измерений: 4; 6; 10; 16; 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6 МПа Выходной сигнал: (0 – 5) мА; (4 – 20) мА; (0 – 20) мА	γ= ± 0,25% и более

1	2	3	4	5	6
5.	2	04	Манометры показывающие кислородные	Верхний предел измерений: 2,5; 25 МПа	кл. т. 2,5
6.	2	04	Манометры самопишущие	Верхний предел измерений: 250; 400; 600 кПа 1; 1,6 МПа	кл. т. 1,5
7.	2	04	Дифманометры самопишущие	Верхний предел измерений: 6,3; 10; 16; 25 кПа	кл. т. 1,5

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь –
директор Государственного
предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №1 к аттестату аккредитации
№ BY/112 3.0262
от 09 марта 2011 года
На бланке № 0004491
На 1 листе
Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 01 июня 2018
к области аккредитации от 09 марта 2016 года

отдела метрологии и защиты газопроводов от коррозии
Республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз»

№ пунктов	Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка	Средства измерений, поверка которых разрешается			
		Код вида измерений	Наименование /тип/ средств измерений	Метрологические характеристики	
				Пределы измерений	Класс, разряд, цена деления, погрешность
1	2	3	4	5	6
1	2	26.51/99.010	Термометры стеклянные жидкостные	от – 40 °С до 250 °С	ц. д. 0,5 °С, 1 °С, 2 °С
2	2	26.51/99.010	Термометры биметаллические показывающие	от – 40 °С до 250 °С	кл. т. 1,0 - 2,5
3	2	26.51/99.010	Термометры манометрические показывающие, в том числе сигнализирующие	от – 40 °С до 250 °С	кл. т. 1,0 – 4,0

Примечание: поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь –
директор Государственного
предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева

13.07.2018